

河内町内小・中学校等の放射線量率測定結果
(平成24年10月17日測定)
(単位マイクロシーベルト/時)

施設名	測定場所	測定時刻	天候	測定値	
				地上0.5m	地上1m
河内町役場	駐車場	8:30	曇り		0.087
生板小学校	校庭	7:40	晴れ	0.136	
みずほ小学校	校庭	9:30	晴れ	0.121	
金江津小学校	校庭	9:00	晴れ	0.105	
河内中学校	校庭	11:20	曇り		0.180
金江津中学校	校庭	8:00	晴れ		0.112
かわち認定こども園	園庭	14:00	曇り	0.127	0.127
かなえつ認定こども園	園庭	11:00	曇り	0.108	0.105

※放射線量率測定の結果は、1日のうち屋外に8時間、屋内に16時間滞在するという生活パターンを仮定(注)して、年間の被ばく線量が1ミリシーベルトより低い値です。

(注)年間の被ばく線量が1ミリシーベルトとなる放射線量率は0.23マイクロシーベルト/時間です。